



**KEURINGSVERSLAG WEEGTOESTEL VOLGENS EUROPESE NORM EN45501**

VERSLAG GEGEVENS		KLANT GEGEVENS	
Verslag nummer:	1065/00014	Naam:	LIGA VAN VLAAMSE ZWEEFVLIEG-
Datum uitvoering:	23-11-2016	Adres:	TERMIKKELAAN 9
Ordernummer:			
Kalibratieinterval:	1 malig	Gemeente:	2530 BOECHOUT
Kalibratiemiddelen:	IJKGEWICHTEN M1	Locatie:	Atelier Al-Wegen Puurs

De kalibratie werd uitgevoerd met geijkte gewichten M1 volgens ijkcertificaat van het Ministerie van Economische Zaken.

WEEGTOESTEL GEGEVENS			
Merk:	Kern	Multi-Plateau:	NEE
Type:	EOB 300 K100A	Multi-Range:	NEE
Serienummer:	WOC1 2004123	Capaciteit:	300
Interne nummer:		e:	0,1
Afdeling:		d:	0,1
Bouwjaar:	2012	Minimum:	2
Onderbouw:	Analoog	Eenheid:	kilogram
		Klasse:	III
		Controle hoeken:	NEE
		Controle rollende last:	NEE
		Fysische controle:	OK
		Ijklplicht:	Nee

IJKCURVE									
Aantal delen	Belasting in kg	Toegestane fout in kg		Voor justeren ↑		Stijgende belasting ↑		Dalende belasting ↓	
		0,025 ↑	0,1 ↓	Aflezings in kg	Fout in kg	Aflezings in kg	Fout in kg	Aflezings in kg	Fout in kg
10	1	0,025 ↑	0,1 ↓	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
200	20		0,1	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
500	50		0,1	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
1000	100		0,2	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
2000	200		0,2	199,9	-0,1	199,9	-0,1	199,9	-0,1
2500	250		0,3	249,8	-0,2	249,8	-0,2	249,8	-0,2
3000	300		0,3	299,7	-0,3	299,7	-0,3	299,7	-0,3

**DE IJKCURVE IS BINNEN TOLERANTIE**

Beoordeling : Het toestel is goedgekeurd.  
Opmerking :  
Uitgevoerd door : De Heer Tim De Rijck  
Kwaliteitsmanager : De Heer Tim De Rijck