



KEURINGSVERSLAG WEEGTOESTEL VOLGENS EUROPESE NORM EN45501

VERSLAG GEGEVENS		KLANT GEGEVENS	
Verslag nummer:	1065/00015	Naam:	LIGA VAN VLAAMSE ZWEEFVLIEG-
Datum uitvoering:	23-11-2016	Adres:	TERMIKKELAAN 9
Ordernummer:			
Kalibratieinterval:	1 malig	Gemeente:	2530 BOECHOUT
Kalibratiemiddelen:	IJKGEWICHTEN M1	Locatie:	Atelier Al-Wegen Puurs

De kalibratie werd uitgevoerd met geijkte gewichten M1 volgens ijkcertificaat van het Ministerie van Economische Zaken.

WEEGTOESTEL GEGEVENS			
Merk:	Kern	Multi-Plateau:	NEE
Type:	EOB 300 K100A	Multi-Range:	NEE
Serienummer:	WOC1 2004121	Capaciteit:	300
Interne nummer:		e:	0,1
Afdeling:		d:	0,1
Bouwjaar:	2012	Minimum:	2
Onderbouw:	Analoog	Eenheid:	kilogram
		Klasse:	III
		Controle hoeken:	NEE
		Controle rollende last:	NEE
		Fysische controle:	OK
		Ijkplicht:	Nee

IJKCURVE									
Aantal delen	Belasting in kg	Toegestane fout in kg		Voor justeren ↑		Stijgende belasting ↑		Dalende belasting ↓	
		0,025 ↑	0,1 ↓	Aflezings in kg	Fout in kg	Aflezings in kg	Fout in kg	Aflezings in kg	Fout in kg
10	1	0,025 ↑	0,1 ↓	1,0	0,0	1,0	0,0	0,9	-0,1
200	20		0,1	20,0	0,0	20,0	0,0	19,9	-0,1
500	50		0,1	50,0	0,0	50,0	0,0	49,9	-0,1
1000	100		0,2	100,0	0,0	100,0	0,0	99,8	-0,2
2000	200		0,2	199,9	-0,1	199,9	-0,1	199,8	-0,2
2500	250		0,3	249,6	-0,4	249,8	-0,2	249,7	-0,3
3000	300		0,3	299,3	-0,7	299,7	-0,3	299,7	-0,3

DE IJKCURVE IS BINNEN TOLERANTIE

Beoordeling :	Het toestel is goedgekeurd.
Opmerking :	
Uitgevoerd door :	De Heer Tim De Rijck
Kwaliteitsmanager :	De Heer Tim De Rijck