



KEURINGSVERSLAG WEEGTOESTEL VOLGENS EUROPESE NORM EN45501

VERSLAG GEGEVENS		KLANT GEGEVENS	
Verslag nummer:	1065/00011	Naam:	LIGA VAN VLAAMSE ZWEEFVLIEG-
Datum uitvoering:	23-11-2016	Adres:	TERMIKKELAAN 9
Ordernummer:			
Kalibratieinterval:	1 malig	Gemeente:	2530 BOECHOUT
Kalibratiemiddelen:	IJKGEWICHTEN M1	Locatie:	Atelier Al-Wegen Puurs

De kalibratie werd uitgevoerd met geijkte gewichten M1 volgens ijkcertificaat van het Ministerie van Economische Zaken.

WEEGTOESTEL GEGEVENS			
Merk:	DINI ARGO	Multi-Plateau:	NEE
Type:	DFWL	Multi-Range:	NEE
Serienummer:	0100168.285	Capaciteit:	600
Interne nummer:		e:	0,2
Afdeling:		d:	0,2
Bouwjaar:	2012	Minimum:	4
Onderbouw:	Analoog	Eenheid:	kilogram
		Klasse:	III
		Controle hoeken:	NEE
		Controle rollende last:	NEE
		Fysische controle:	OK
		Ijkplicht:	Nee

IJKCURVE									
Aantal delen	Belasting in kg	Toegestane fout in kg		Voor justeren ↑		Stijgende belasting ↑		Dalende belasting ↓	
		0,05 ↑	0,2 ↓	Aflezings in kg	Fout in kg	Aflezings in kg	Fout in kg	Aflezings in kg	Fout in kg
10	2	0,05 ↑	0,2 ↓	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
200	40		0,2	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
500	100		0,2	99,6	-0,4	100,0	0,0	99,8	-0,2
1000	200		0,4	199,4	-0,6	200,0	0,0	199,8	-0,2
2000	400		0,4	399,2	-0,8	399,8	-0,2	399,6	-0,4
2500	500		0,6	498,8	-1,2	499,6	-0,4	499,6	-0,4
3000	600		0,6	598,8	-1,2	599,6	-0,4	599,6	-0,4

DE IJKCURVE IS BINNEN TOLERANTIE

Beoordeling : Het toestel is goedgekeurd.
Opmerking :
Uitgevoerd door : De Heer Tim De Rijck
Kwaliteitsmanager : De Heer Tim De Rijck