



**KEURINGSVERSLAG WEEGTOESTEL VOLGENS EUROPESE NORM EN45501**

VERSLAG GEGEVENS		KLANT GEGEVENS	
Verslag nummer:	1065/00012	Naam:	LIGA VAN VLAAMSE ZWEEFVLIEG-
Datum uitvoering:	23-11-2016	Adres:	TERMIKKELAAN 9
Ordernummer:			
Kalibratieinterval:	1 malig	Gemeente:	2530 BOECHOUT
Kalibratiemiddelen:	IJKGEWICHTEN M1	Locatie:	Atelier Al-Wegen Puurs

De kalibratie werd uitgevoerd met geijkte gewichten M1 volgens ijkcertificaat van het Ministerie van Economische Zaken.

WEEGTOESTEL GEGEVENS			
Merk:	DINI ARGO	Multi-Plateau:	NEE
Type:	DFWL	Multi-Range:	NEE
Serienummer:	0100166.453	Capaciteit:	600
Interne nummer:		e:	0,2
Afdeling:		d:	0,2
Bouwjaar:	2012	Minimum:	4
Onderbouw:	Analoog	Eenheid:	kilogram
		Klasse:	III
		Controle hoeken:	NEE
		Controle rollende last:	NEE
		Fysische controle:	OK
		Ijkplicht:	Nee

IJKCURVE									
Aantal delen	Belasting in kg	Toegestane fout in kg		Voor justeren ↑		Stijgende belasting ↑		Dalende belasting ↓	
		0,05 ↑	0,2 ↓	Aflezings in kg	Fout in kg	Aflezings in kg	Fout in kg	Aflezings in kg	Fout in kg
10	2	0,05	0,2	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
200	40		0,2	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
500	100		0,2	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
1000	200		0,4	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
2000	400		0,4	399,4	-0,6	400,0	0,0	400,0	0,0
2500	500		0,6	499,0	-1,0	499,8	-0,2	499,8	-0,2
3000	600		0,6	598,8	-1,2	599,8	-0,2	599,8	-0,2

**DE IJKCURVE IS BINNEN TOLERANTIE**

Beoordeling :	Het toestel is goedgekeurd.
Opmerking :	
Uitgevoerd door :	De Heer Tim De Rijck
Kwaliteitsmanager :	De Heer Tim De Rijck